

ПРОТОКОЛ № 30

заседания Комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Белгород ОАО «РЖД» по подведению итогов запроса котировок

г. Белгород

«27» февраля 2019 г.

1. Присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Болдырь Владимир Викторович – главный врач

Заместитель председателя комиссии:

Краюшкин Михаил Владиславович - заместитель главного врача по медицинской части

Члены котировочной комиссии:

Еремина Ангелина Сергеевна – начальник экономического отдела;

Сорокина Людмила Константиновна – главный бухгалтер;

Еремин Анатолий Владимирович - начальник договорно – правового сектора;

Вишняков Виталий Александрович – начальник хозяйственной службы;

Харланов Андрей Анатольевич – ведущий юрисконсульт;

Бабанина Татьяна Николаевна – заведующая аптекой;

Малыхина Татьяна Анатольевна – главная медицинская сестра

Секретарь котировочной комиссии

Мартынова Дарья Валерьевна – ведущий инженер.

Заседание проводилось в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Подведение итогов, запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по лабораторно - радиационному контролю для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Белгород ОАО «РЖД» (далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Источник финансирования: Предпринимательская деятельность.

Объем закупки:

| Техническое задание на выполнение работ по дозиметрическому контролю рабочих мест и смежных помещений рентгеновского кабинета, контроль передвижных и индивидуальных рентгенозащитных средств (R/защитные средства на кабинет, к-кт), диагностика дозиметра ДРК-1 с последующей проверкой, Расчет эффективных доз облучения пациентов | | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)* |
|--|---|---|
| 1. Общие требования к качеству услуг, и их безопасности. | <p>Качество и безопасность инструментальных исследований по проведению контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования должно осуществляться в соответствии с технической документацией, санитарными правилами, другими нормативно-правовыми актами действующими на территории РФ и иными требованиями, установленными к таким видам услуг:</p> <p>СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;</p> | 192880,00 |
| 2. Требования к Исполнителю и качеству оказываемых услуг: | <p>2.1 Исполнитель должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля. – Область аккредитации испытательной лаборатории радиационного контроля. – лицензию на осуществление деятельности в области использования источников | |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| | <p>ионизирующего излучения (генерирующих)(за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).</p> <p>– Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ).</p> <p>2.2 При выполнении работ Исполнитель обязан использовать оборудование, внесенное в государственный реестр измерительной техники, прошедшее в установленном порядке ежегодную поверку и пользоваться аттестованными методиками проведения исследований.</p> <p>2.3 Исполнитель обеспечивает выполнение работ квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку.</p> <p>2.4 Выполнение работ подтверждается выдачей протоколов.</p> | |
| 3. Срок выполнения работ: | 3.1. Работы оказываются в течение 25 календарных дней с момента направленной заявки Заказчика, посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». | |

4. Перечень объектов контроля:

| № п/п | Место выполнения работ | Наименование аппарата | Кол -во | Наименование услуг |
|---|--|--|---------|---|
| 1 | Поликлиника №1 (г. Белгород, пр. Славы, д.9) | Рентгенодиагностический аппарат КРДЦ Т20/Т2000 «Ренекс», цифровой на 2 рабочих места | 1 | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования, Контроль рентгенозащитных средств (Р/защитные средства на кабинет, к-т), Расчет эффективных доз облучения пациентов, Дозиметрический контроль рабочих мест и смежных помещений рентгеновского кабинета, поверка дозиметра ДРК-1 – 2 шт. |
| 2 | Поликлиника №1 (г. Белгород, пр. Славы, д.9) | Дентальный аппарат «Preva» | 1 | |
| 3 | Поликлиника №2(г. Валуйки, Привокзальная площадь, д.4) | Флюорограф ФЦМ Барс-РЕНЕКС – 2012 г. | 1 | |
| 4 | Поликлиника №2(г. Валуйки, Привокзальная площадь, д.4) | Стоматологическая рентгеновская система FONAXDG | 1 | |
| 5 | Поликлиника №2(г. Валуйки, Привокзальная площадь, д.4) | Комплексе Рентгенодиагностический цифровой КРДЦ-Т20/Т2000 «РЕНЕКС» | 1 | |
| 6 | Поликлиника №3 (г. Старый Оскол , ул. Березовая, д. 9) | Комплексе Рентгенодиагностический цифровой на 3 рабочих места «Медикс-Р-Амико». | 1 | |
| 7 | Поликлиника №3 (г. Старый Оскол , ул. Березовая, д. 9) | Аппарат рентгеновский интраоральный FONAXDG | 1 | |
| 8 | Поликлиника №3 (г. Старый Оскол , ул. Березовая, д. 9) | Флюорограф ФЦ01- «Электрон» | 1 | |
| 9 | Поликлиника №1 (г. Белгород, пр. Славы, д.9), Поликлиника №2(г. Валуйки, Привокзальная площадь, д.4), Поликлиника №3 (г. Старый Оскол , ул. Березовая, д. 9) | р/з фартук – 7 шт., передник- 3 шт., р/з юбка 2 шт., р/з воротник -5 шт., комплект р/з пластин -7 шт., р/з шапочка-1 шт. | 21 | |
| 5. Требования к выполнению отчетной документации | | <p>5.1 После проведения контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования Исполнитель оформляет и предоставляет Заказчику протоколы контроля эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования;</p> <p>5.2 Название протокола должно отражать наименование обследуемого объекта и характер проводимых работ.</p> <p>5.3 Протоколы инструментального обследования объектов должны соответствовать требованиям нормативно-методических документов.</p> <p>5.4 Протокол должен быть подписан руководителем испытательной лаборатории и скреплен печатью.</p> <p>5.5 Окончательная отчетная документация по выполненным работам Исполнителем сдается в одном экземпляре, на бумажном носителе, в течение 7 (семи) рабочих дней.</p> | | |
| 6. Требования к гарантийным обязательствам выполненных работ | | <p>6.1 Исполнитель гарантирует качество выполненных работ, а в случае обнаружения недостатков по качеству выполнения работ в течении 6 (шести) месяцев с момента подписания Акта о сдаче-приемке выполненных работ.</p> <p>6.2 Исполнитель устраняет обнаруженные недостатки без дополнительной оплаты в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 3-х дней со дня обнаружения таких недостатков.</p> <p>6.3 Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> | | |

***Начальная (максимальная) цена договора включает:**

Стоимость товаров, работ, услуг, транспортных расходов Поставщика, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок исполнения договора: до «31» марта 2019 года

1.1. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок запрос котировок признан не состоявшимся.

1.1.1. На основании пункта 307 раздела 56 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02

апреля 2018 года заключить договор на выполнение работ по лабораторно - радиационному контролю для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Белгород ОАО «РЖД» с ООО «БелгородРентген» со стоимостью договора 192 880,00 (Сто девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.belgdbol.ru

Подписи комиссии:


Председатель

Заместитель председателя
комиссии

Члены комиссии

| | |
|--|------------------------------------|
|  | Болдырь Владимир Викторович |
|  | Краюшкин Михаил Владиславович |
|  | Еремина Ангелина Сергеевна |
|  | Сорокина Людмила Константиновна |
|  | Еремин Анатолий Владимирович |
|  | Вишняков Виталий Александрович |
|  | Бабанина Татьяна Николаевна |
|  | Малыхина Татьяна Анатольевна |
|  | Харланов Андрей Анатольевич |

Секретарь

| | |
|--|-------------------------------|
|  | Мартынова Дарья Валерьевна |
|--|-------------------------------|